

# 仕 様 書

富山県済生会高岡病院  
管財・調達課

1 物 品 名：高・低体温監理システム

2 納入場所：富山県済生会高岡病院

3 納入期限：平成 31 年 3 月 29 日（金）まで

4 仕様内容

(1) 構成内容及び数量

数 量：1 式

(性能、機能に関する要件)

- 1-1 高・低体温管理システムに関しては以下の要件を満たすこと。
- 1-1-2 本体外形寸法は、幅 345.0mm×奥行 420.0mm×高さ 875.0mmの範囲内であること。
- 1-1-3 満水時における本体の重量は、51.0kg以下であること。
- 1-1-4 本体ディスプレイは日本語表示され、患者体温、水温のトレンド画面が表示されること。
- 1-1-5 自動(オート)・手動(マニュアル)・排水(脱水)・停止(モニター)の各モードを有すること。
- 1-1-6 温度プローブは YSI400 サーミスタ方式で患者体温を測定・制御できること。
- 1-1-7 専用の Arctic ジェルパッドは、X線照射・血管造影・経皮的冠動脈内腔拡張術(PTCA)の妨げにならないものであること。
- 1-1-8 Arctic ジェルパッドを流れる循環水は陰圧で制御されること。
- 1-1-9 自動モードでの復温時において、復温する速度を 0.01℃～0.5℃(0.01℃単位)/h で、設定できる機能を有すること。
- 1-1-10 自動モード使用時において、目標体温を 32.0℃～38.5℃に設定できる機能を有すること。
- 1-1-11 手動モード使用時において、水温を 4.0℃～42.0℃の間に設定できる機能を有すること。
- 1-1-12 本体で表示する患者体温を外部機器へ出力(表示)することが可能であること。
- 1-1-13 患者データを過去 10 件まで本体に保存することが可能であること。

## 5 一般的条件について

- (1) 納入する機器は、全て未使用のものであること。
- (2) 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
- (3) 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。

## 6 機器納入（設置）について

- (1) 納入にあたっては、納入場所の所属長または、担当者の設置の指示等を受け設置し、検収を受けること。
- (2) 納入にあたり、据付工事（電気・配管工事等の工事費一切）、設定及びシステム接続費用等が必要な場合は、納入者の負担とし、動作の確認を持って完了とする。

## 7 機器納入（設置）後について

- (1) 本装置が正常稼働するために必要な調整について、納入者の負担により責任をもって実施すること。
- (2) 本装置の使用に必要な関係法令上の届出等がある場合には、必要な資料の作成及び申請に対する協力を行うこと。
- (3) 本装置を使用する者に対し、運用及び保守に必要な知識の説明及び指導を納入者の負担により責任を持って実施すること。

## 8 保守について

- (1) 納入（検収）後、1年間は無償保証とすること。
- (2) 納入（検収）後、瑕疵が発見された場合は、責任を持って対処すること。
- (3) 24時間、365日連絡が取れる体制を備え、故障の際には速やかに対処すること。

## 9 その他

- (1) 納入に伴う機器撤去、搬入、据付、調整等については、病院の診療業務に支障をきたさないよう納入場所の所属長または、担当者の設置の指示等を受け実施すること。